

DZP-271-14/16

Odp.nr 1
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
32-800 BRZESKO
ul. Kościuszki 89 tel. 014 66 21 100
NIP 869-16-63-456 REGON 00030435F

Brzesko dnia 20.04.2016.r.

Oferenci wszyscy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: **Szwów chirurgicznych . BZP nr 96072-2016 z dnia 19.04.2016**

W odpowiedzi na zapytania oferentów ,informuję:

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zadania 1, poz. 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 do osobnego zadania lub zrezygnuje z wymogu klipsów?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody .

Dot. Zadania 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję ze szwem stalowym do szycia rzepek do osobnego zadania?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zadania 2

Czy Zamawiający obok opisu „ Szew pleciony, powlekany z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania 5 dni okres wchłaniania 42 dni powleczony glikonatem lub mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia” dopuści również szew pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania 2

Czy Zamawiający obok opisu „ Szew wchłaniany syntetyczny pleciony, powlekany mieszaną kopolimeru glikolidu 90% i L-laktydu 35/65 oraz stearynianem lub poliglikonatem o okresie podtrzymywania około 3 tygodni okresie wchłaniania 56-90 dni” dopuści również szew wchłaniany, syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%) powlekany mieszaniną powyższych kwasów 30/70 oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania 2


Czy Zamawiający obok opisu „ Szew wchłaniany syntetyczny pleciony, powlekany mieszaną kopolimeru glikolidu 90% i L-laktydu 35/65 oraz stearynianem lub poliglikonatem o okresie podtrzymywania około 3 tygodni okresie wchłaniania 56-90 dni” dopuści również szew wchłaniany, syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego (100%) powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20% i czasie wchłaniania do 90 dni?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

Krystyna Nowak