

Znak sprawy: DZP-271-20/2018

Brzesko, dnia 04.05.2018r.

Odp. 3

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych – 550410-N-2018 z dnia 25.04.2018r.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zamawiający informuje:

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 550x340mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające ręczną regulację zmiany pozycji sekcji oparcia pleców wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 960mm?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowy, lakierowany proszkowo uchwyt kaczki?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowy, lakierowany proszkowo uchwyt basenu?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wymiar blatu bocznego 530mm x 340 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2

9. Czy w związku z tym, że taborety medyczne obrotowe oraz wózki oddziałowe wielofunkcyjne nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu ze stawką VAT 23% i zrezygnuje z konieczności dostarczenia dla tego wyrobu deklaracji zgodności, a dopuści złożenia wraz z ofertą oświadczenia Producenta w tym zakresie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści asystor stomatologiczny o głębokości 425 mm i regulacji wysokości w zakresie od 900 do 1080mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści asystor stomatologiczny o regulacji wysokości w zakresie od 840 do 1050 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.