

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę videokolonoskopu

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), punkt X (warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas usunięcia awarii był liczony w dniach roboczych?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:2

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), punkt X (warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 3 oraz załącznika nr 5 do SIWZ (umowa) – paragraf 7, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części z zagranicy czas usunięcia awarii wynosił 10 dni roboczych?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu do umowy.

Pytanie nr:3

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), punkt X (warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby w okresie gwarancji ilość nieodpłatnych przeglądów wynosiła 1 raz w roku?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:4

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (umowa), paragraf 2, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 7 był liczony w dniach roboczych?

Odp: Tak , wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:5

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (umowa), paragraf 7, ustęp 4: Czy Zamawiający w § 7 ust. 4 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„W przypadku naprawy, Wykonawca wstawi urządzenie zastępcze”

Na zapis następującej treści:

„W przypadku naprawy urządzenia powyżej dni roboczych, Wykonawca będzie zobowiązany wstawić urządzenie zastępcze, na wniosek Zamawiającego.”?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:6

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (umowa), paragraf 7, ustęp 5: Czy Zamawiający w § 7 ust. 5 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„Trzykrotna naprawa w okresie gwarancyjnym tego samego istotnego podzespołu urządzenia medycznego spowoduje wymianę tego podzespołu na nowy. Uszkodzenia powstałe z ewidentnej winy użytkownika nie podlegają naprawom gwarancyjnym.”

Na zapis następującej treści:

„Trzykrotna naprawa gwarancyjna w okresie gwarancyjnym tego samego istotnego podzespołu urządzenia medycznego spowoduje wymianę tego podzespołu na nowy. Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają naprawom gwarancyjnym.”?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:7

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (umowa), paragraf 7, ustęp 8 oraz załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), punkt X (warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 8: Prosimy o ujednoczenie ilości przeglądów – zgodnie z umową do 1 przeglądu w roku?

Odp: 1 przegląd w roku.

Pytanie nr:8

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (umowa), paragraf 7, ustęp 12: Czy Zamawiający w § 7 ust. 11 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„Strony ustalają, że jeżeli Wykonawca, po wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy, nie dokona naprawy w terminie określonym w § 7 ust.3, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z zapisem § 8 ust.1 pkt 3.”

Na zapis następującej treści:

„Strony ustalają, że jeżeli Wykonawca, po wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy, nie dokona naprawy w terminie określonym w § 7 ust.3, nie wstawienia urządzenia zastępczego w terminie określonym w § 7 ust.4, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z zapisem § 8 ust.1 pkt 3.”?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:9

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (umowa), paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:10

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (umowa), paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu 2) następującego zapisu: „(...) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:11

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (umowa), paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 3): Czy w przypadku wstawienia urządzenia zastępczego, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych? Wstawienie urządzenia zastępczego nie powoduje przestoju w wykonywaniu zabiegów i zapewnia ciągłość pracy.

Odp: Tak, w przypadku wstawienia urządzenia zastępczego, Zamawiający odstąpi od naliczania kar.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Bziesku

Krzysztof Nowak