

DZP-271-31/2018

Brzesko dnia 30.07.2018 r.

Odp. nr 2

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: Wyrobów diagnostycznych; BZP nr 592112-N-2018 z dnia 20.07.2018 r.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zamawiający informuje:

Zadanie nr 6 - Odczynniki do badań grup krwi; odczynniki na okres 24 miesięcy.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podania nazw klonów odczynników dla pozycji nr 4, 5 i 6 w tabeli formularza asortymentowo cenowego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie mikrokarty były wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta.

Odp. Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w pozycji nr 6 formularza cenowego, aby odczynnik anty-D wykrywał słabą odmianę DVI+?

Odp. Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w Tabeli nr 2 przypadkowo umieścił cenę (Wartość netto w PLN) za walidację posiadanego sprzętu jako, że Wykonawca winien decydować o cenie wykonania tej usługi.

Odp. Zamawiający dokonał sprostowania omyłki pisarskiej.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku


Krystyna Nowak