

Odp.nr 1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Wyrobów diagnostycznych  
BZP nr 632616-N z dnia 2018-10-05**

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1. Formularz oferty, załącznik nr 2 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów tylko do tych pakietów na które wykonawca składa ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Pakiet 6 - Czy Zamawiający zgodzi się, aby wymagane dokumenty przedmiotowe, które należy dołączyć do oferty, tj. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, instrukcje/ metodyki podłoży do posiewów krwi, ulotki dotyczące oferowanych urządzeń, instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie podłoża oraz ulotki dla podłoży chromogennych, zostały dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD ze względu na obszerność dokumentacji?

Pytania do umowy - załącznik nr 5

**Odp. Oferta musi być sporządzona w wersji papierowej, karty charakterystyki ,foldery mogą być dołączone na płycie CD.**

3. §3 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Jeżeli na skutek nieprawidłowej lub nieterminowej dostawy wyrobów diagnostycznych, o której mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający nie będzie mógł wykonywać badań we własnym zakresie, może obciążyć Wykonawcę powstałą z tego tytułu różnicą poniesionych kosztów wynikającą z ceny określonej w umowie a kosztami badań wykonanych u innych podmiotów lub zakupu odczynników u innych podmiotów. Zamawiający jest zobowiązany udokumentować wysokość poniesionych kosztów”?

**Odp. Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

4. §3 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość wyrobów diagnostycznych, tj. fakturę VAT, dokument WZ bądź inny dokument”?

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych Wykonawca nie ma już możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawiania faktur w dniu realizacji zamówienia oraz do ich przesyłania na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy, datę ważności. Mając powyższe na uwadze zwracamy się o przychylnie rozpatrzenie pytania.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury do Zamawiającego za pośrednictwem poczty/ kuriera.**

5. §5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

6. §6 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw, pod warunkiem, iż opóźnienie w płatności nie przekracza 70 dni”?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.**

7. §10 ust. 1 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.**

8. §10 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.**

9. §10 ust. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Pytania dotyczące zadania nr 6

Cz. I Testy do automatycznej identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.**

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w tabeli asortymentowej w kolejnej pozycji materiałów zużywalnych (m.in. kalibratory) i eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

11. Czy Zamawiający wymaga dzierżawy densytometru jeżeli 1 szt. densytometru jest dostarczana razem w zestawie z aparatem do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii?

**Odp. 1 szt dostarczona razem w zestawie.**

12. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek do każdego testu w przypadku, gdy Zamawiający testował już w przeszłości asortyment i nie miał zastrzeżeń do jakości produktów?

**Odp. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbki do każdego testu.**

13. Testy identyfikacyjne i do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora: Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie wyspecyfikowane testy do oznaczania identyfikacji oraz do oznaczania lekowrażliwości w oparciu o MIC z tabeli asortymentowej w pozycjach 1-8 były oznaczane automatycznie przez jeden analizator?

**Odp. TAK**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego aparatu?:

"Serwis aparatów w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych".

**Odp. TAK**

15. Punkt 1, ppkt. e) oraz zał. nr 5, §1 ust. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z okresem ważności nie krótszym niż 4 miesiące?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Cz. II Aparat do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

16. Czy Zamawiający wymaga aby możliwość preinkubacji wpisana była do instrukcji używania producenta?

**Odp. TAK**

17. Czy Zamawiający wymaga aby wykrywanie drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych w podłożach dla dorosłych było potwierdzone również wpisem do instrukcji używania producenta?

Cz. IV Odczynniki do barwienia metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu

**Odp. TAK**



18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu do barwienia metodą grama? (zgodnie z tytułem zadania - Niezbędne odczynniki na ok. 5000 cykli barwienia wraz z materiałami eksploatacyjnymi).

**Odp.TAK**

19. Dotyczy dodatkowych wymagań Zamawiającego, pkt. 4) oraz zał. nr 5, §1 ust. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z okresem ważności nie krótszym niż 5 miesięcy?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Cz. V Odczynniki dodatkowe

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

20. Wymagania dla odczynników dodatkowych pkt. 1 f) oraz zał. nr 5, §1 ust. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży chromogennych z poz. 1-3 z terminem ważności minimum 5 tygodni z uwagi na skład i komponenty produktów?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

21. Czy Zamawiający wymaga aby podłoża chromogenne były kompatybilne z testami do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii z części I?

**Odp.TAK**

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z poz. 9,10 pakowanych po 50 szt. oraz 11 pakowanych po 60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań tak, aby całkowita ilość oferowanych produktów pokrywała zapotrzebowanie Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

23. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia ulotek do podłoży chromogennych jeżeli Oferent udostępni 24 godzinny dostęp do bezpłatnej strony internetowej ze zdjęciami podłoży, które umożliwiają łatwą interpretację wyników?

**Odp. TAK**

24. Pakiet 6, pkt. I, ppkt. 1 c) i d) oraz pkt. IV, ppkt. 2) i 3) oraz pkt. V, ppkt. 1 e) oraz zał. nr 5 §3 ust. 8 i 9 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z każdą dostawą certyfikatów kontroli jakości, instrukcji w języku polskim zawierających pełny opis, zastosowanie i metodykę produktów oraz na samodzielne pobranie ze strony Wykonawcy, do której Zamawiający ma bezpłatny, całodobowy dostęp?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.


**Odp. Wykonawca tylko przy pierwszej dostawie dostarczy pełny opis ,zastosowanie i metodykę produktów oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim.**

25.Zadanie nr 3, poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga testu o czułości analitycznej dla grupy GI.1 3 ng/ml i dla grupy GI.4 0,75 ng/ml?

**Odp. TAK**

26.Zadanie nr 3, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania *Campylobacter* spp. ?

**Odp. TAK**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
SP ZOZ w Brzesku  
  
Krystyna Nowak