

DZP-271-48/2018

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku  
32-800 BRZESKO  
ul. Kościuszki: 68, tel. 014 66 21 100  
NIP 869-16-63-456 REGON 000304355

Brzesko dnia 19.11.2018.r.

Odp.nr 1

**Wykonawcy wszyscy  
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Wyposażenia Centralnej Sterylizatorni  
1.System komputerowy z oprogramowaniem  
2.Unit kuchenny  
BZP nr 647631-N-2018 z dnia 14.11.2018**

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Dot. zad nr 1 Poz.1 Oprogramowanie do Centralnej Sterylizatorni. Wymagania Ogólne.

- Dostawca systemu zapewni integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem medycznym (HIS) AMMS firmy ASSECO POLAND S.A., co najmniej w następującym zakresie:
    - przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta,
    - przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta,
    - funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów,
    - podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału sterylnego,
    - tworzenie zleceń w systemie uwzględniająca pełny nadzór nad obiegiem zestawów i narzędzi, rozliczanie i korekta zleceń,
    - Integracja personelu i jednostek organizacyjnych;
  - Dostawca zapewni licencję (jeżeli będzie wymagana) w zakresie integracji z system HIS Zamawiającego oraz przedłoży Oświadczenie producenta o kompatybilności zamawianego oprogramowania z system HIS w zakresie integracji.
- Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione wymagania integracji z systemem HIS Zamawiającego, tj. z systemem AMMS firmy ASSECO POLAND S.A., narzucają na Wykonawcę konieczność fizycznego zrealizowania integracji z systemem HIS, oraz że wszystkie koszty będą leżały po stronie Wykonawcy, także te koszty, które dotyczą dostawcy systemu HIS.

**Odp.TAK**

2.Dot. Poz.1 Oprogramowanie do Centralnej Sterylizatorni. Wymagania Ogólne.

- System zapewni integrację z urządzeniami funkcjonującymi w Centralnej Sterylizatorni – rejestrację parametrów pracy urządzeń posiadanych przez Zamawiającego (ewidencja całego procesu sterylizacji narzędzi w bazie danych, dostęp do danych archiwalnych):
  - Sterylizator STERIVAP SP HPE 669-2ED – 1 szt.
  - Sterylizator T-Max 6-2V Tuthauer Ltd. – 1 szt.
  - Myjka DS. 610/2 Steelko – 2 szt.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie koszty integracji z urządzeniami technologicznymi będą leżały po stronie Wykonawcy, także te koszty, które dotyczą producenta/dostawcy urządzenia technologicznego.

**Odp. TAK**

3.Dot. Poz.1 Oprogramowanie do Centralnej Sterylizatorni. Wymagania Ogólne.

- Dostawca systemu zapewni 24 miesięczną gwarancję obejmującą koszt serwisu i nadzoru autorskiego. W ramach gwarancji Dostawca zapewni bezpłatnie:
  - nowe wersje systemu, uaktualnienia wraz z instalacją aktualizacji,
  - kontakt telefoniczny w ramach serwisu w godzinach pracy Centralnej Sterylizatorni,

- nadzór serwisowy online ( z możliwością jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym) w godzinach pracy Centralnej Sterylizatorni,
- czas reakcji na awarie krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu) - 4 godz.
- czas reakcji na błędy, które nie wstrzymują możliwości korzystania z systemu, do 3 dni,


Jakie są godziny pracy Centralnej Sterylizatorni

**Odp. Godziny pracy Centralnej Sterylizatorni- od poniedziałku – piątku od 7- 21 ,sobota od 7-14,35 .**

4.Dot. Poz.1 Oprogramowanie do Centralnej Sterylizatorni. Wymagania Ogólne.

- Dostawca systemu wykona znakowanie narzędzi w ilości 12 000 szt. unikalnym kodem 2D DataMatrix w technologii laserowej, obsługiwanym przez zamawiane oprogramowanie do Centralnej Sterylizatorni; W jakim terminie Dostawca systemu ma wykonać znakowanie 12 000 szt. narzędzi?

**Odp. Znakowanie narzędzi należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy .**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
SP ZOZ w Brzesku  
  
Krystyna Nowak