

Brzesko dnia 25.05.2020

Odp. nr:2

Wykonawcy wszyscy
biorcy udział w postępowaniu

DZP-271- 18/20

Dotyczy: **Przetargu nieograniczony na dostawę „Aparatury medycznej”, nr ogłoszenia w BZP: 541557-N-2020.**

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, Zamawiający informuje:

Pytanie nr:1 dotyczy: Zadania nr 3 Bronchofiberoskop

Dot.pkt. 5. Prosimy o dopuszczenie zakresu głębi ostrości 5-50mm? Pragniemy poinformować iż do klasycznej intubacji, jak i trudnej intubacji taki zakres głębi ostrości jest w zupełności wystarczający.

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr:2 dotyczy: Zadania nr 3 Bronchofiberoskop

Dot. pkt. 7. Prosimy o dopuszczenie wygięcia końcówki dystalnej góra 140 stopni, dół 140 stopni? Pragniemy poinformować iż do klasycznej intubacji, jak i trudnej intubacji takie kąty wygięcia końcówki dystalnej są w zupełności wystarczające.

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr:3 dotyczy: Zadania nr 3 Bronchofiberoskop

Dot.pkt.9. Prosimy o zmianę punktacji o to, aby najwyższej punktowane było przyłącze ssaka (zaworku ssącego) z bardzo prostym, szybkim demontażem/montażem do procesu mycia i dezynfekcji, Zaworki do ssania są jednorazowe i demontowalne, co z punktu widzenia higienizacji i dekontaminacji sprzętu są korzyścią i bezpieczeństwem dla pacjenta i personelu medycznego, stąd powinny być punktowane najwyższej.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:4 dotyczy: Zadania nr 3 Bronchofiberoskop

Dot.pkt.14. Prosimy o dopuszczenie następującego wyposażenia :

- walizka transportowa - 1szt
- zateczka zabezpieczająca podczas transportu endoskopu - 1szt
- manometryczny tester szczelności, ręczny-1szt
- uchwyt do łatwego mocowania rurki intubacyjnej - 1szt
- szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego - 1szt
- wielorazowe adaptery (zaworki) do płukania kanału roboczego - 2szt
- jednorazowe zaworki ssące -20szt
- pojemnik z pokrywą na endoskop do mycia i dezynfekcji, sterylizacji

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr:5 Zadanie nr: 2 KARDIOMONITOR -szt 5

Dot. pkt. I.1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o konstrukcji kompaktowo-modułowej w której podstawowe parametry są wbudowane, natomiast dodatkowe z możliwością rozbudowy?

Odp: Zgodnie z wymaganiami jak w SIWZ.

Pytanie nr:6 Zadanie nr: 2 KARDIOMONITOR -szt 5

Dot. pkt. I. 12. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z historią alarmów 200 przypadków wraz z 1 krzywą, która wywołała alarm oraz wszystkimi parametrami numerycznymi?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:7 Zadanie nr: 2 KARDIOMONITOR -szt 5

Dot. pkt. I. 16.2. Czy Zamawiający dopuści ciągłą analizę odcinka ST z 7-odprowadzeń z wyświetlaniem wartości liczbowych?

Odp: Zgodnie z wymaganiami jak w SIWZ.

Pytanie nr:8 Zadanie nr: 2 KARDIOMONITOR -szt 5

Dot. pkt. I. 16.3. Czy Zamawiający dopuści rozpoznawanie 16 rodzajów zaburzeń w monitorze?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:9 Zadanie nr: 2 KARDIOMONITOR -szt 5

Dot. pkt. I. 16.8.b. Czy Zamawiający uzna za równoważne i przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie możliwości rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF i z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji, w zewnętrznym, niezależnym monitorze?

Odp: Nie, Zamawiający ocenia parametry w konkretnym monitorze. Parametr ten nie jest parametrem wymaganym.

Pytanie nr:10 (dot. wzoru umowy § 8 pkt. 1 ust. 2)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z wysokości 0,5% na 0,2% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Pytanie nr:11

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do prowadzenia postępowań i składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej (patrz strona UZP). Jeżeli Zamawiający nie posiada platformy do składania ofert, może dopuścić złożenie oferty za pomocą maila, gdzie przesłany plik oferty jest dostępny po podaniu hasła, które Oferenci przesyłają na 15-30 minut przed terminem otwarcia ofert.

Odp: Sposób składania ofert w postaci elektronicznej Zamawiający opisał dokładnie w SIWZ Rozdz. II ust.3 pkt 2 oraz podał informację w ogłoszeniu.

Pytanie nr:12 Zadania nr 1 Analizator parametrów krytycznych.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o 3 materiały zużywalne: kasetę odczynnikowo-kalibracyjną o stabilności na pokładzie 42 dni zawierającą pojemnik na odpady płynne, kasetę z materiałem kontrolnym stabilną na pokładzie 3 miesiące oraz kartridż z czujnikami pomiarowymi o stabilności na pokładzie 21 dni, bez wbudowanego czytnika kodów kreskowych oraz mieszadła próbek, bez możliwości oznaczania hemoglobiny płodowej, wykonującego oznaczenia z próbki o objętości 123 mikrolitrów, którego łączny dobowy czas kalibracji wynosi 64 minuty i który posiada automatyczną funkcję wykrywania i usuwania skrzepów zanim dostaną się do kartridża z czujnikami pomiarowymi?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:13 Zadanie nr 1, Analizator parametrów krytycznych, Parametry graniczne pkt 36 i pkt 37.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podłączenia analizatora parametrów krytycznych do sieci informatycznej szpitala.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:14 Bronfobioskop intubacyjny

Przenośne źródło światła typu LED.

Czy Zamawiający dopuści przenośne źródło światła halogenowe?

Odp: Nie dopuści.

Pytanie nr:15 Bronfobioskop intubacyjny

Średnica zewnętrzna sondy wzornikowej max. 5,6 mm

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną sondy 5,9 mm?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:16 Bronfobioskop intubacyjny

Średnica kanału roboczego min. 2,3 mm.

Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 2,2 mm?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:17 Bronfobioskop intubacyjny

Zakres głębi ostrości 3 – 50 mm

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr jakim jest głębia ostrości 1-50 mm?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:18 Bronfobioskop intubacyjny

Wyposażenie

- Wielorazowy gumowy zawór ssący – szt. 3
- Olejek silikonowy – 1 kpl.
- Walizka transportowa + kontener do wstępnej dezynfekcji z wężykiem spustowym, pokrywą oraz uchwytami do transportu – 1 kpl.
- Ręczny, manometryczny tester szczelności – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy zawór ssący wykonany z tworzywa sztucznego?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:19 Bronfifiberoskop intubacyjny

W świetle powszechnie znanych okoliczności związanych z walką z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2 wnosimy o umożliwienie złożenia oferty przetargowej drogą elektroniczną.

Odp: Sposób składania ofert w postaci elektronicznej Zamawiający opisał dokładnie w SIWZ Rozdz. II ust.3 pkt 2 oraz podał informację w ogłoszeniu.

Pytanie nr: 20 Zadanie nr: 2; KARDIOMONITOR -szt 5 – załącznik nr 1dot. Pkt. 5 „Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi “

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie 1min – 120 min. pomiar ręczny i pomiar ciągły. prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:21 dotyczy wzoru umowy

1) Par. 2.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia: Protokół zostanie podpisany przez strony nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia dostawy, po upływie tego terminu protokół uznaje się za podpisany bez zastrzeżeń.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

2) Par. 3.pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp: Ok.10 osób.

3) Par. 4.4. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

4) Par. 4.6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie postanowienia par. 4.6 postanowieniem o następującym brzmieniu:

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.

Odp: Nie wyrażamy zgody – dostawa jednorazowa.

5) 8.1.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

6) 8.1.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

7)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyło niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp: Nie wyrażamy zgody – dostawa jednorazowa.

8) Par. 8.1.3) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia z uwagi na to, że jest ono niejasne i nie przewiduje klarownych przesłanek naliczania kar umownych.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

9) Par. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

10) Par. 9.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy w par. 9.1 w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP postanowienia o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- 1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;
 - 1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
 - 1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
 - 1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;
 - 1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;
 - 1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;
 - 1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.
2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:
- 2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź
 - 2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
 - 2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź
 - 2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź
 - 2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź
 - 2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź
 - 2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź
 - 2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
 - 2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

11) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dąży do wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:22 Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu istniejących wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania protokołu z opisem wad.”

Odp: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr: 23 Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności, w wyniku których doszłoby do zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn.zm). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 24 Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:25 Dotyczy zadania nr 3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia producenta iż oferowany aparat posiada wzmocniony pancierz do wprowadzania do rurki intubacyjnej?

Odp: Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę. Parametr oceniany.

Pytanie nr:26 Dotyczy zadania nr 3

Ponieważ Zamawiający wymaga przenośnego źródła światła LED, Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje urządzenia z bateryjnym, montowanym do endoskopu źródłem światła, czy zewnętrznego sieciowego urządzenia przenośnego?

Odp: Rozwiązanie techniczne Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy.

Pytanie nr:27 Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoficerowany aparat mógł współpracować z posiadanymi źródłami światła do bronchoskopów LH-150, EPK-100p, EPK-3000?

Odp: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

28. Informacja dodatkowa

Zmianie ulega treść zapisu § 10 w następujący sposób:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

Krystyna Nowak

