

Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Odp.3

Znak sprawy: DZP-271-7/20/TA

Brzesko 29.07.2020 r.

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Urządzeń medycznych”, ogłoszonego w DUUE nr:307926-2020.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

Pytanie nr: 1 Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr: 1 Kardiomonitor -szt 3, Dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający przekątną ekranu 12,1” i rozdzielczość 800x600 pixeli?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 2 Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr: 1 Kardiomonitor -szt 3, Dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pamięć i prezentację trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 24 godzin z możliwością rozbudowy do 72 godzin?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 3 Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr: 1 Kardiomonitor -szt 3, Dotyczy pkt. 7) a)

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość stosowania czujników Nihon Kohden BluPro?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 4 SIWZ, Dotyczy rozdział V

Prosimy o zakreślenie maksymalnego terminu wykonania zamówienia w zakresie zadania nr 1, o którym mowa w rozdziale V SIWZ, do 90 dni roboczych od daty podpisania umowy. Sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie znacząco wydłużyła terminy dostaw urządzeń medycznych od producentów. Szacowane terminy produkcji urządzeń ulegają ciągłym zmianom, co naraża Wykonawców na wysokie kary umowne nałożone w związku z opóźnieniami w dostawach, na które nie mają bezpośredniego wpływu.

Odp. Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Pytanie nr: 5 Załącznik nr: 1 Zadanie nr:1 Lp.I.1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o konstrukcji kompaktowo-modułowej w której podstawowe parametry są wbudowane, natomiast dodatkowe z możliwością rozbudowy?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr: 6 Załącznik nr: 1 Zadanie nr:1 Lp.I.13

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z historią alarmów 200 przypadków wraz z 1 krzywą, która wywołała alarm oraz wszystkimi parametrami numerycznymi?

Odp: Tak, dopuści.



Pytanie nr: 7 Załącznik nr: 1 Zadanie nr:1 Lp.I.17 2)

Czy Zamawiający dopuści ciągłą analizę odcinka ST z 7 odprowadzeń z wyświetleniem wartości liczbowych?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr: 8 Załącznik nr: 1 Zadanie nr:1 Lp.I.17 3)

Czy Zamawiający dopuści rozpoznawanie 16 rodzajów zaburzeń w monitorze?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr: 9 Załącznik nr: 1 Zadanie nr:1 Lp.I.17.8)b)

Czy Zamawiający uzna za równoważne i przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie możliwości rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo- mięśniowej z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF i z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji, w zewnętrznym, niezależnym monitorze?

Odp: Tak.

Pytanie nr:10 -Umowa §8 ust.1.2) i 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% lub 0,2% i ich odniesienie do jednostki niedostarczonego przedmiotu umowy dla którego nastąpiło uchybienie?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Bziesku
Krzysztof Nowak