

Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Odp.4

Znak sprawy: DZP-271-5/20/TA

Brzesko 27.07.2020 r.

Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Urządzeń medycznych”, ogłoszonego w DUUE nr:294591-2020.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

Pytanie nr:17 -Zadanie nr 10, Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Do punktu II podpunkt 2:

W związku z wymaganiem postawionym przez Zamawiającego: „Zasilanie akumulatorowe 12V” czy Zamawiający wymaga napięcia akumulatorowego przynajmniej 25,9V przy zachowanej możliwości zasilania urządzenia z instalacji samochodowej 12V? Z naszej wiedzy rynkowej wynika, iż żaden producent urządzeń do kompresji klatki piersiowej nie posiada w swojej ofercie sprzętu o danej konfiguracji specyfikacji technicznej, co uniemożliwia złożenie oferty w powyższym postępowaniu.


Odp: Zamawiający wymaga urządzenia zasilanego z instalacji samochodowej 12 V. Zamawiający nie określa napięcia akumulatora, dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr:18 -Zadanie nr 10, Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Do punktu I podpunkt 11:

Zamawiający w podpunkcie 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisał „Możliwość wykonywania defibrylacji oraz zabiegu koronografii lub koronoplastyki bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta”. Czy w związku z przytoczonym parametrem Zamawiający wymaga możliwości pracy urządzenia w pracowni hemodynamiki/ kardiangiografii i pracowni radiologii i tym samym urządzenia, którego specjalnie wykonana konstrukcja wraz z silnikiem nie leży bezpośrednio na klatce piersiowej, a jest wsparta na ramieniu lub ramionach, nie utrudnia diagnostyki radiologicznej i jest przezierna?

Odp: Zamawiający wymaga urządzenia, które zapewnia „Możliwość wykonywania defibrylacji oraz zabiegu koronografii lub koronoplastyki bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta”.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

Krystyna Nowak
.....