

Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

**Odp.2**

**Znak sprawy: DZP-271-30/20/**

**Brzesko 17.08.2020 r.**

**Wykonawcy wszyscy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Urządzeń medycznych”, ogłoszonego w BZP nr: 573286-N-2020

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

**Pytanie nr:1 Zadanie nr:1 Szafki i regaly na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zestawów mebli wg poniższej tabeli. Jest to bardzo estetyczne i łatwe do utrzymania w czystości rozwiązanie, przez co chętnie wybierane przez jednostki szpitalne (w szczególności przez Użytkowników pomieszczeń czystych)

<i>Parametry i warunki wymagane</i>
<b>Szafki i regaly na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków</b>
1. Fabrycznie nowy/ nazwa/typ
2.Rok produkcji (nie starszy niż 2019.r.)
3. Producent:
Wykonane w całości z blachy nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z frontami malowanymi farbami proszkowymi wzbogaconymi środkiem antybakteryjnym (jony srebra)
Drzwi szafek o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Szczelna konstrukcja drzwi wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane.
Korpusy szafek z blachy o grubości 1mm, wykonane z pojedynczej blachy. Korpusy szafek spawane i klejone (nie dopuszcza się nitowania lub skręcania elementów korpusów). Konstrukcja korpusów bez ram wewnętrznych, samonośna, odpowiednio wyprofilowana w celu usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu nie zawierające ostrych krawędzi. Wnętrza szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie co 45 mm. Nie dopuszcza się rastrów montowanych jako dodatkowe elementy szafki.
Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) – niemalowane, ze skokową regulację wysokości

Szuflady o zróżnicowanych wysokościach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.

Drzwi szafek z możliwością otwarcia o kąt co najmniej 110°

Blaty robocze z listwami przyściennymi wykonane z kompozytowego konglomeratu mineralnego (odpornego na środki dezynfekcyjne)

1 komplet mebli o długości 2 mb wykonany w konfiguracji:

- 1) Szafka wisząca jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2 półki przestawne - szt 2;
- 2) Szafka wisząca dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 półki przestawne – szt 1
- 3) Szafka podblatowa, z 3 szufladami o pełnym wysuwie – 2 szt;
- 4) Szafka podblatowa, drzwi pełne, przestawna półka – szt 1;
- 5) Szafka podblatowa z 4 szufladami o pełnym wysuwie- szt 1
- 6) Błat roboczy o długości 2 mb – szt 1

**Odp: Tak, wyrażmy zgodę.**

**Pytanie nr: 2**

Czy Wykonawca ma zaoferować szafki wiszące wyposażone w zamek (poz. 1, 2)?

**Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie nr: 3**

Czy Wykonawca ma zaoferować szafki z szufladami z zamkiem centralnym (poz. 3, 5)?

**Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie nr: 4**

Czy Wykonawca ma zaoferować szafkę podblatową wyposażoną w zamek (poz. 4)?

**Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie nr: 5**

Czy Zamawiający zaakceptuje szafki wiszące o głębokości 370mm (poz. 1, 2)? Jeżeli wymaga innej głębokości, to proszę o wskazanie jakiej.

**Odp: Rozwiązania konstrukcyjne Zamawiający pozostawia Wykonawcy.**

**Pytanie nr: 6**

Czy Zamawiający zaakceptuje szafki wiszące o wysokości 600mm (poz. 1, 2)? Jeżeli wymaga innej wysokości, to proszę o wskazanie jakiej.

**Odp: Rozwiązania konstrukcyjne Zamawiający pozostawia Wykonawcy.**

**Pytanie nr: 7**

Czy Zamawiający zaakceptuje szafki podblatowe o głębokości blatu 600mm (poz. 3-5). Jeżeli wymaga innej głębokości, to proszę o wskazanie jakiej.

**Odp: Rozwiązania konstrukcyjne Zamawiający pozostawia Wykonawcy.**

**Pytanie nr: 8**

Czy Zamawiający zaakceptuje szafki podblatowe o wysokości (liczonej z blatem) 850mm (poz. 3-5)? Jeżeli wymaga innej wysokości, to proszę o wskazanie jakiej.

**Odp: Rozwiązania konstrukcyjne Zamawiający pozostawia Wykonawcy.**

**Pytanie nr: 9**

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw szafek wiszących (poz. 1, 2) o następujących długościach:

- z 3 szufladami = 2x 500mm
- z pojedynczymi drzwiami = 1x 500mm
- z 4 szufladami = 2x 500mm

Jeżeli Zamawiający wymaga innych długości, to proszę o wskazanie jakich.

**Odp: Rozwiązania konstrukcyjne Zamawiający pozostawia Wykonawcy.**

**Pytanie nr: 10**

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw szafek podblatowych o następujących długościach:

- jednodrzwiowa = 2x 500mm

- dwudrzwiowa = 1x 1000mm

Jeżeli Zamawiający wymaga innych długości, to proszę o wskazanie jakich.

**Odp: Rozwiązania konstrukcyjne Zamawiający pozostawia Wykonawcy.**

**Pytanie nr: 11 (dot. Załącznik nr 1, Zadanie nr: 6 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa, pkt 6)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z komorą o pojemności min. 170 litrów, umożliwiającą również mycie i dezynfekcję 20 sztuk butów o rozmiarze 48?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:12 (dot. Załącznik nr 1, Zadanie nr: 6 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa, pkt 5)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jako rozwiązanie zamiennie urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 650 x 670 x 1685 mm (SxGxW)?

**Odp: Nie dopuści**

**Pytanie nr :13 (dot. Załącznik nr 1, Zadanie nr: 6 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa, pkt 6)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z komorą o pojemności min. 250 litrów, umożliwiającą również mycie i dezynfekcję 30 sztuk butów o rozmiarze 48?

**Odp: Pojemność komory mycia winna być dostosowana do wymiarów zewnętrznych.**

**Pytanie nr: 14 Zadanie nr:6 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Dotyczy pkt. I. 6 – Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając aby zaferowana myjnia była wyposażona w komorę o pojemności min. 240 litrów? Myjnie podblatowe, o wymiarach podanych w p. 5 SIWZ wyposażone są zazwyczaj w komory o pojemności 150-170l. Komory o pojemności 240l mają myjnie wolnostojące, o znacznie większych wymiarach zewnętrznych, pozwalające na mycie 10-12tac 1/1 DIN

**Odp: Pojemność komory mycia winna być dostosowana do wymiarów zewnętrznych.**

**Pytanie nr: 15 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Dotyczy pkt. I. 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 40 programów mycia i dezynfekcji z czego 10 to programy fabryczne, zaś 30 to programy możliwe do stworzenia i modyfikacji wg wymagań użytkownika. Pod względem funkcjonalnym proponowane rozwiązanie jest identyczne z opisany w SIWZ. Dodatkowo z doświadczenia wiemy, iż w myjniach do obuwia operacyjnego wystarczą 2-3 programy mycia.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 16 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Dotyczy poz. I. 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o mocy i wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Producenci myjni tak dobierają parametry podzespołów aby zapewnić jak najlepsze rezultaty mycia i dezynfekcji przy jak najmniejszym zużyciu wody i energii.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 17**

Dotyczy poz. I. 18 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w zawór spustowy co jest rozwiązaniem równorzędnym pod względem funkcjonalnym do opisanego w SIWZ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 18**

Dotyczy poz. I. 19 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje, iż system suszenia będzie wyposażony (zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1) w wielostopniowy system filtracji powietrza, z czego ostatni stopień będzie to filtr absolutny HEPA klasy min. H14.

**Odp: Rozwiązanie konstrukcyjne Zamawiający pozostawia Wykonawcy.**

**Pytanie nr: 19**

Dotyczy poz. I. 23 - Ponieważ zalecanym sposobem dezynfekcji jest dezynfekcja termiczna, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków dezynfekcyjnych. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu środków w zestawie startowym oczekuje Zamawiający.

**Odp: Środków myjących min 1 opakowanie.**

**Pytanie nr: 20**

Dotyczy poz. III. 2 - Prosimy o doprecyzowanie czy pisząc o max. 6 dniach Zamawiający ma na myśli dni robocze czy kalendarzowe?

**Odp: Zgodnie z opisem jak w w/w punkcie – dni robocze.**

**Pytanie nr: 21 Dotyczy Zadania nr 4 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści drzwi nieprzeszkłone, wykonane ze stali nierdzewnej ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 22 Dotyczy Zadania nr 4 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o pojemności komory 146L ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 23 Dotyczy Zadania nr 4 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyłączami do zimnej oraz demineralizowanej wody?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 24 Dotyczy Zadania nr 4 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 9 programów stałych oraz 6 z możliwością ustawień użytkownika?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 25 Dotyczy Zadania nr 4 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w ciekłokrystaliczny wyświetlacz oraz przyciski sterujące?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 26 Dotyczy Zadania nr 4 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w Pompę o wydajności min. 400 l/min do natrysku wody ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 27 Dotyczy Zadania nr 4 Myjnia dezynfekcyjna nieprzelotowa**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w port RS232 do podłączenia np. komputera ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 28 Zadanie nr 5 - Aparat do dekontaminacji pomieszczeń**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń, które działa w obecności pacjentów i personelu i jednocześnie zabija wszystkie bakterie, wirusy i grzyby bez względu na oporność, zjadliwość czy rozmiar?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 29 Zadanie nr 5 - Aparat do dekontaminacji pomieszczeń**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez archiwizacji danych komputerowo oraz przeprowadzonych dezynfekcji. Zapis ten świadczy jedynie o pracy urządzenia, nie weryfikuje natomiast skuteczności dezynfekcji.

**Odp: Tak, dopuszcza.**

**Pytanie nr: 30 Zadanie nr 3 - Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało menu w języku polskim?

**Odp: Nie wymaga.**

**Pytanie nr: 31 Zadanie nr 3 - Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada pojemność pamięci 3 GB?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 32 Zadanie nr 3 - Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający wymaga urządzenia, które działa min.120 minut?



**Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr: 33 Zadanie nr 3 - Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z Wziernikiem stałym wielorazowego użytku, nie wymiennym bardzo poręcznym w obsłudze?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 34 Zadanie nr 3 - Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które jest częściowo wodoszczelne można je dezynfekować za pomocą zwilżonych ściereczek?

**Odp: Tak dopuści.**

**Pytanie nr: 35 Zadanie nr 3 - Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością użytkowania specjalnej osłony wodoszczelnej dla ekranu?

**Odp: Tak dopuści.**

**Pytanie nr: 36 Zadanie nr 3 - Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z łyzkami jednorazowego użytku w różnych rozmiarach?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 37 Zadanie nr 4 - Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wózka zastępczego w sytuacji opóźnienia w dostawie wózka spełniającego podane parametry?

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 38 Zadanie nr 4 - Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych**

Czy w odniesieniu do pkt.11 Zamawiający dopuści tylko alarm świetlny sygnalizujący niski poziom naładowania baterii?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:39 (dot. Załącznik nr 1, Zadanie nr: 6 Myjnia dezynfekcyjna przelotowa, pkt 12)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z min. programowalnym elektronicznym układem sterowania po stronie załadowniczej z prezentacją przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wyświetleniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:40 Zadanie nr: 3 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop o następujących parametrach:

Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 ‘‘

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:41 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**

Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:42 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**

Adapter wideolaryngoskopu wyposażony źródło światła LED oraz kamerę CMOS o rozdzielczości 640x480 pikseli VGA. Na wyposażeniu dwa adaptery dla dorosłych oraz dla dzieci i niemowląt.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:43 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**

Wskaźnik stanu naładowania baterii.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:44 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**

Zasilany z akumulatora lub baterii zapewniającej 90 minut pracy urządzenia.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:45 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**  
System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. Wyposażony w wizualny wskaźnik stanu wyczerpania baterii.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:46 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**  
Waga wideolaryngoskopu z łyżką ok 220g ( w zależności od rozmiaru łyżki).

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:47 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**  
Dostępne na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2 oraz 3 pasujące do szerokiego grona pacjentów takich jak klasyczne łyżki w rozmiar 1,2,3,4. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji bez kanału oraz z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. Do wyboru przez zamawiającego.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:49 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**  
Na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3- 3 szt oraz rozmiar 3 z kanałem na rurkę intubacyjną – 3 szt. Przeznaczone do procedur na osobach dorosłych.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:50 Zadanie nr: 2 Wideolaryngoskop Parametry i warunki wymagane w punktach od 1 do 12**  
Wideolaryngoskop jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku rurkami intubacyjnymi co daje możliwość zakupu zamawiającemu w korzystnej cenie rurek intubacyjnych w zależności od preferencji. Na wyposażeniu wideolaryngoskopu nie występują rurki intubacyjne.

Instrukcja obsługi i menu w języku polskim

Posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny wraz rozlokowanymi po kraju punktami serwisowymi

**Odp: Zamawiający oczekuje zaofiarowania produktu zgodnie z opisem SIWZ oraz odpowiedziami na pytania.**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
SP ZÓZ w Brzesku  
*Krystyna Nowak*