

Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę:

- 1/ Systemu do diagnostyki metodą biologii molekularnej do wykrywania wirusa SARS-CoV-2;
- 2/ Komory laminarnej.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, informuję:

Pytania dotyczą Zadania nr: 1

Pytanie nr:1 Dotyczy Rozdział II ust.3 pkt 1 SIWZ. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć (przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście) w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, 32-800 Brzesko, ul: Kościuszki 68, do dnia 07.10.2020 r do godz: 10:00 -pokój 386, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

Czy Zamawiający ma na myśli termin 23.11.r jak w punkcie 4 SIWZ.

Odp: Tak. Prawidłowy zapis powinien brzmieć „...do dnia 23.11.2020 r do godz: 10:00...”

Przepraszamy za pomyłkę.

Pytanie nr:2 Rozdział I ust. II pkt 5 SIWZ Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia dla pakietu 1 do dnia 29 grudnia?

Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr: 3 Dot. Zał.1 Szczegółowa oferta cenowa

Lp.3 Odczynniki do analizy RNA pod kątem wirusa SARS-CoV-2.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie odczynników do analizy RNA pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w opakowaniu pozwalającym na dokonanie 96 analiz ? Jest to bardziej powszechny rodzaj pakowania tego rodzaju -produktów.

Odp: Wyrażamy zgodę. W pozycji tej w formularzu cenowym należy wpisać odpowiednio.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku


Krystyna Nowak