

DZP-271-46/20

Odp-1

Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Przewoźnego aparatu RTG”, ogłoszonego w BZP nr: 761470-N-2020

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający informuje:

Pytanie nr:1

Czy w związku z ustawowym obowiązkiem cyklicznego określania ilości wykonywanych badań i stopnia narażenia pacjentów na promieniowanie dla wykonywanych w danej jednostce radiologicznych procedur szczegółowych (z podziałem na wiek i płeć pacjentów), zamawiający oczekuje wyposażenia nowego aparatu w oprogramowanie dedykowane realizacji tych ustawowych wymagań w odniesieniu do oferowanego aparatu?

Oprogramowanie tego typu jest stosowane w zakładach Radiologii i pozwala na automatyczną weryfikację stosowanych w jednostce dawek z ich ustawowymi poziomami referencyjnymi i automatyzację procesów nadzoru nad dawkami promieniowania w sposób elektroniczny, co czyni zadość wymaganiom prawa i znacznie upraszcza pracę odpowiedzialnego personelu.

Odp: Tak, Zamawiający wymaga wyposażenia aparatu w oprogramowanie pozwalające na określenia ilości wykonywanych badań i stopnia narażenia pacjentów na promieniowanie dla wykonywanych w danej jednostce radiologicznych procedur szczegółowych (z podziałem na wiek i płeć pacjentów).

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Bziesku
Krzysztyła Nowak