

Odp.nr:2

DZP-271-52/20

Brzesko dnia 04.01.2021 r.

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy Przetargu nieograniczonego na dostawę „Testów do oznaczania parametrów fizyko – chemicznych moczu oraz wykonywania badań cytometrycznych osadu moczu wraz z dzierżawą systemu do zarządzania danymi umożliwiającymi techniczną walidację wyników”, ogłoszonego w BZP nr: 773077-N-2020.

W odpowiedzi na otrzymane pytania, informuję:

Pytanie nr:1 Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:2 Dotyczy SIWZ, Zał. 5 do SIWZ, Wzór umowy:

§1 ust. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

"Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy)".

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:3 §2 ust. 1:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

"Dostawy wyrobów realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer), emailem (na adres) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia wyrobów to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy."

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego - umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu Stron umowy.

Odp: Wyrażamy zgodę na proponowany zapis.

Pytanie nr:4 §2 ust. 7:

Czy Zamawiający dopuści dostanie do każdej dostawy dokumentu dostawy, a dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf?

Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:5 §2 ust. 9:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przesyłania certyfikatów analizy serii, dla produktów, które zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE należą do podkategorii "wszystkie inne wyroby do diagnostyki in vitro". Grupa ta jest definiowana w Dyrektywie IVD jako grupa o najniższym potencjalnym ryzyku i jako taka nie podlega obowiązkowi angażowania jednostki notyfikowanej ani wydawania świadectw partii wyrobów w procedurze znakowania CE oraz rejestracji wyrobów IVD. Do powyżej grupy zostały zaklasyfikowane oferowane przez nas produkty. Jednocześnie dzięki posiadanej certyfikacji ISO 9001 i ISO 13486 możemy potwierdzić, że każdy zaferowany wyrób (i tym samym każda partia odczynników) musi przejść ściśle kontrole jakości zanim zostanie

wprowadzona na rynek sprzedaży. W związku z powyższym, publikowanie dokumentacji dotyczącej pojedynczej partii (tj. świadectw dla danych partii wyrobów) nie jest dla naszych produktów obowiązkowe.

Odp: Tak, odstąpi.

Pytanie nr:6 §5 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zaoferowanych analizatorów w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:7 §9 ust. 9:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

"za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności".

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze Stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC, gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie, że zapłata za towar, który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Zamawiający nie powinien dokonywać ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, tj. w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 8 §12 ust. 1 pkt 2), 3), 4), i 5):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie:

"za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary - nie zależy to od jego należytej staranności.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie §12 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 40% na 20%?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. W/w zapis dotyczy łącznej wysokości kar, jakie może zastosować Zamawiający.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

Krzysztof Nowak